

2024 年度 電子式非自動はかり技能試験企画書
(JCPTPR-145 はかり)

2024年8月29日

項 目	内 容
技能試験プログラムの名称	2024 年度電子式非自動はかり技能試験
実施機関	一般社団法人 日本計量機器工業連合会 〒162-0837 東京都新宿区納戸町 25-1
参照試験所	一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター (JCSS 登録番号：0029)
技能試験の実施規模	電子式非自動はかり 計 14 事業者
実施期間等	参加申込期間：2024 年 8 月 29 日(木)～9 月 27 日(金) 実施説明会：2024 年 10 月 11 日 (金) 実施期間：2024 年 11 月 11 日(月)～21 日(木) 結果の解析・評価・調整：2024 年 11 月 22 日(金)～12 月 13 日(金) 比較結果の最終評価：2024 年 12 月 13 日(金)～2025 年 1 月 10 日(金) 報告書の作成・発行：2025 年 2 月上旬
校正機器	(1)電子式非自動はかり：ひょう量 220 g 目量 0.1 mg (SECURA224-1SJP/ザルトリウス・ジャパン株式会社) (2)電子式非自動はかり：ひょう量 8200 g、目量 0.01 g (MSA8202S000D0/ザルトリウス・ジャパン株式会社) (3)電子式非自動はかり：ひょう量 34 kg 目量 0.1 g (LP34001S/ザルトリウス・ジャパン株式会社) ※なお、校正機器は、都合により変更する場合があります。
常用参照標準又は質量標準	JCSS 校正証明書付の分銅、おもり等
技能試験(校正)の実施場所	一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 〒192-0364 八王子市南大沢 4-4-4 /TEL：042-679-0154 責任者：力学計測課 技術副参事 高尾 明寿
付与値の決定方法と 不確かさの見積方法	参照試験所の校正マニュアルに準拠
校正方法と 不確かさの見積方法	各参加事業所の校正マニュアル、又は校正手順書等に準拠
参加費用	17 万円 (消費税別)
技術的事項に関する 問合せ先	一般社団法人 日本計量機器工業連合会 はかり技能試験事務局 (高辻、那須) 〒162-0837 東京都新宿区納戸町 25-1 TEL：03-3268-2121/FAX：03-3268-2167 E-mail： nasu@keikoren.or.jp

申込締切：2024年9月27日（金）

2024年 月 日

（一社）日本計量機器工業連合会
はかり技能試験事務局 宛

事業者名：
代表者： 印

2024年度電子式非自動はかり技能試験参加申込書

以下により2024年度電子式非自動はかり技能試験へ参加を申込みます。

記

事業者名： _____

担当者名： _____ 所属部署・役職： _____

担当部署： _____
〒

住所： _____

TEL： _____ FAX： _____

E-mail： _____

<技能試験に係わる調査>

- JCSSによる登録申請の有無等：
 登録済み（JCSS登録番号： _____） 登録申請中 登録申請予定（申請予定年月： _____）
- 校正範囲及び校正測定能力：（※別紙で添付願います。）
- 技能試験を行う校正機器（※にレ、又はを付してください。）
(1)～(3)のうち少なくとも2つ選んでください。
 (1)電子式非自動はかり：ひょう量：220g、目量：0.1mg
 (2)電子式非自動はかり：ひょう量：8200g、目量：0.01g
 (3)電子式非自動はかり：ひょう量：34kg、目量：0.1g
- (独)製品評価技術基盤機構（NITE）への報告：
 同意する 同意しない